



Sopot, dnia 6 lipca 2020 r.

**WYJAŚNIENIA**

dot. postępowania na dostawę analizatora przepływowego do jednoczesnego badania związków biogenicznych (fosforany, amoniak, krzemionka, azotyny, suma azotu azotanowego III i V) w próbkach wody morskiej i słodkiej (IO/ZN/2/2020)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.07.2020 r. w postępowaniu na dostawę analizatora przepływowego do jednoczesnego badania związków biogenicznych (fosforany, amoniak, krzemionka, azotyny, suma azotu azotanowego III i V) w próbkach wody morskiej i słodkiej (numer postępowania IO/ZN/2/2020):

**Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy dla krzemionki od 0,5  $\mu\text{mol/L}$ ?”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści zakres pomiarowy dla krzemionki od 0,5  $\mu\text{mol/L}$ .

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie rozdziału VII ust. 7 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki dokonuje zmiany Ogłoszenia w ten sposób, że w rozdziale II ust. 3 punkt 1 zapis:

„zakresy pomiarowe - fosforany: od ok 0,1 do ok 40,0  $\mu\text{mol/L}$ , amoniak od ok 0,4 do ok 80  $\mu\text{mol/L}$ , krzemionka od ok. 0,05 do ok 1000  $\mu\text{mol/L}$ , azotyny od ok 0,025 –do ok 30  $\mu\text{mol/L}$ , suma azotu azotanowego III i V od ok. 0,18 do 500  $\mu\text{mol/L}$ ;”

zostaje zastąpiony przez zapis:

„zakresy pomiarowe - fosforany: od ok 0,1 do ok 40,0  $\mu\text{mol/L}$ , amoniak od ok 0,4 do ok 80  $\mu\text{mol/L}$ , **krzemionka od ok. 0,5** do ok 1000  $\mu\text{mol/L}$ , azotyny od ok 0,025 –do ok 30  $\mu\text{mol/L}$ , suma azotu azotanowego III i V od ok. 0,18 do 500  $\mu\text{mol/L}$ ;”.

W związku z wprowadzoną zmianą odpowiedniej zmianie ulega również treść Załącznika nr 3 do Ogłoszenia (projekt umowy).

**Pytanie nr 2**

„Czy w miejsce „co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę analizatora przepływowego CFA, o wartości minimum 300 000 zł brutto każda”

Zamawiający dopuści

„Co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. obejmujące dostawy analizatora przepływowego CFA o wartości minimum 200 000 zł brutto każda oraz jedną dostawę analizatora przepływowego CFA o wartości minimum 400 000 zł brutto”?”

**Odpowiedź**

Chcąc umożliwić możliwość wzięcia udziału w postępowaniu jak najszerszemu gronu potencjalnych wykonawców Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu (posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia).

Zamawiający, nie chcąc zbytnio komplikować warunku udziału w postępowaniu poprzez wprowadzenie dwóch różnych wartości, jakim muszą odpowiadać wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawcę dostawy (jak to zaproponował Wykonawca), postanowił ograniczyć ilość wymaganych dostaw, bez wprowadzania zmian w ich wartości.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie rozdziału VII ust. 7 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki dokonuje zmiany Ogłoszenia w ten sposób, że w rozdziale IV ust. 1 lit. b) zapis:

„posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia: w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę analizatora przepływowego CFA, o wartości minimum 300 000 zł brutto każda;”

zostaje zastąpiony przez zapis:

„posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia: w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, **co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującej dostawę analizatora przepływowego CFA, o wartości minimum 300 000 zł brutto;**”

W związku z wprowadzoną zmianą odpowiedniej zmianie ulega również treść Załącznika nr 2 do Ogłoszenia (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

#### **Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający wymaga wraz z dostawą analizatora zestawu części zużywalnych? Prosimy o sprecyzowanie.?”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem zestawu części na minimum dwa lata użytkowania obejmujące minimum wężyki na pompę, wężyki, złączki, 2 zapasowe kuwety pomiarowe, 2 zapasowe pętle kadmowe.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający na podstawie rozdziału VII ust. 7 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki dokonuje zmiany Ogłoszenia w ten sposób, że w rozdziale II ust. 3 dodaje punkt 15 o następującej treści:

**„zestaw części na minimum dwa lata użytkowania obejmujące minimum wężyki na pompę, wężyki, złączki, 2 zapasowe kuwety pomiarowe, 2 zapasowe pętle kadmowe.”**

W związku z wprowadzoną zmianą odpowiedniej zmianie ulega również treść Załącznika nr 3 do Ogłoszenia (projekt umowy).

Wprowadzone zmiany zostaną uwidocznione w edytowalnej wersji Załączników.